



RAD 25 - 50

INDICATORE IRRAGGIAMENTO EMOCOMPONENTI

Dispositivo medico atto a verificare l'avvenuta somministrazione di radiazioni ionizzanti.

Il viraggio della porzione centrale è correlato alla quantità di radiazioni ricevute, con un minimo di 25 Gy, come raccomandato dalle linee-guida vigenti.

Disponibile anche per sorgenti a raggi x.

RAD 25-50 Irradiation Indicator



MIN 25 Gy

Date: _____

MAX 50 Gy

Operator: _____

B.B.S. srl 02.51620080

Lot 0281903101

2020-09

RAD 25-50 Irradiation Indicator



MIN 25 Gy

Date: _____

MAX 50 Gy

Operator: _____

B.B.S. srl 02.51620080

Lot 0281903101

2020-09

RAD 25 - 50 - 1 x 200 pezzi - COD.ART. 92515151
RAD 25 - 50 raggi x - 1 x 200 pezzi - COD.ART. 92525252



B.B.S. srl

Via Pascoli, 36/A - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. +39.02.51620080 - Fax +39.02.44386119 - e-mail: amministrazione@bbs-srl.net - www.bloodbankservice.it

